

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk



Protokol č. 2693/22/A



Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metódy

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 2693/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomery/vodomerov: 2.8.2022							
Dátum odberu technologickej vody (N): 2.8.2022							
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Klačmanová - RÚVZ Trenčín							
Kód vzorky	Predmet skúšky			A/N	Identifikácia použitej metódy		
4750-4755	Technologická voda (výplach z vodomery)			N	ŠPP 40/III		
MIKROBIOLOGICKÉ VÝŠETRENIE				Dátum vykonania skúšky: 2.8.2022 – 8.8.2022			
Kód vzorky	Technologická voda z vodomery č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
4750	420-02-SPT1-0208 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4751	420-04-SPT2-0208 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4752	420-01-SPT1-0208 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4753	420-03-SPT2-0208 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4754	420-06-PT6-0208 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4755	420-05-PT6-0208 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 8.8.2022				Protokol schválil  vedúca OMaB ŽP LABORATÓRIÁ RÚVZ OMaB ŽP pečiatka, podpis			
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: MVDr. Henrieta Kocianová 							

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákaznikom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosti, ak informácie dodané zákaznikom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.