


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk

Protokol č. 3353/22/A



A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metódy

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 3353/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 20.9.2022

Dátum odberu technologickej vody (N): 20.9.2022

Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín

Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Gašpárek - RÚVZ Trenčín

Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy
5781-5788	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Dátum vykonania skúšky:
20.9.2022 – 26.9.2022

Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
5781	420-01-SPT2-2009 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5782	420-02-SPT2-2009 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5783	820-03-A2-2009 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5784	820-04-A2-2009 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5785	620-05-SPT3-2009 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5786	620-06-SPT3-2009 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5787	620-07-SPT4-1309 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5788	620-08-SPT4-1309 22	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-

Protokol o skúške vyhotovil:

Meno: Iveta Frühbauerová

Dátum: 26.9.2022

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Meno: Ing. Katarína Bujnová

Protokol schválil

MVDr. Henrieta Kocianová
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZP
so sídlom v Trenčíne

LABORATÓRIÁ RÚVZ

pečiatka, podpis

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk

Protokol č. 3353/22/A

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosti, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
N neakreditovaná metóda

štandardný pracovný postup
akreditovaná metóda

Koniec protokolu

RD1.0/III/2021