

PROTOKOL O SKÚŠKE č.702 /21/A



Reg. No. 067/S-153

Strana 1/2

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 4.5.2021

Dátum odberu technologickej vody: 4.5.2021

Miesto výkonu laboratórnych činností: OMaB ŽP, RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Meno a adresa zákazníka, zadávateľ: Sensus Slovensko, a.s., nám. Dr. Schweitzera 194, Stará Turá

Vodomer/y dodal: Sensus Slovensko, a.s., nám. Dr. Schweitzera 194, Stará Turá

Vodomer/y prevzal: Marčeková

Kód vzorky	Predmet skúšky			A/N	Identifikácia použitej metódy		
1516-1523	Technologická voda (výplach z vodomeru)			N	ŠPP 40/III		
MIKROBIOLOGICKE VYŠETRENIE				Dátum vykonania skúšky: 4.5.2021-10.5.2021			
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
1516	420-01-SPT1-2021 0504	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1517	420-02-SPT1-2021 0504	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1518	420-03-SPT2-2021 0504	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1519	420-04-SPT2-2021 0504	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1520	PT1 RJ 0405 1235	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1521	PT1 RJ 0405 1234	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1522	PT2 RJ 0405 1236	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-
1523	PT2 RJ 0405 1237	50	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/16ml	A	ŠPP9/III	-

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 702/21/A



Reg. No. 067/S-153

Strana 2/2

<i>Protokol o skúške vyhotovil:</i> <i>Meno: Iveta Frühbauerová</i> <i>Dátum: 10.5.2021</i>	<i>Protokol schválil</i> MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V TRENCÍNE LABORATÓRIÁ RÚVZ <i>[Signature]</i> pečiatka, podpis
<i>Za správnosť výsledkov zodpovedá:</i> <i>Meno: MVDr. Henrieta Kocianová</i> <i>[Signature]</i>	

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. L RÚVZ odmieta zodpovednosť za nepravne údaje poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ŠPP – štandardný pracovný postup

OMaB ŽP- Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia, A - akreditovaná metóda, N – neakreditovaná metóda

Koniec protokolu