

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, PSČ 911 01, fax: 032/6521997
LABORATÓRIÁ RÚVZ

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
tel.: 032/6509559 e-mail: tn.hlm@uvzsr.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 2012/21/A



Strana 1/2

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 21.7.2021							
Dátum odberu technologickej vody: 21.7.2021							
Miesto výkonu laboratórnych činností: OMaB ŽP, RÚVZ so sídlom v Trenčíne							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ: Sensus Slovensko, a.s., nám. Dr. Schweitzera 194, Stará Turá							
Vodomer/y dodal: Sensus Slovensko, a.s., nám. Dr. Schweitzera 194, Stará Turá							
Vodomer/y prevzal: Marčeková							
<i>Kód vzorky</i>		<i>Predmet skúšky</i>			<i>A/N</i>	<i>Identifikácia použitej metódy</i>	
3836-3843		Technologická voda (výplach z vodomeru)			N	ŠPP 40/III	
MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE					Dátum vykonania skúšky: 21.7.2021- 26.7.2021		
<i>Kód vzorky</i>	<i>Technologická voda z vodomeru č.</i>	<i>Objem získanej technologickej vody v ml</i>	<i>Ukazovateľ</i>	<i>Výsledok</i>	<i>A/N</i>	<i>Identifikácia použitej metódy</i>	<i>Neistota stanovenia</i>
3836	420-SPT1-01-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-
3837	420-SPT1-02-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-
3838	420-SPT2-03-2021 0721	200	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/166ml	A	ŠPP9/III	-
3839	420-SPT2-04-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-
3840	RJ-PT2-05-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-
3841	RJ-PT2-076-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-
3842	RJ-PT6-07-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-
3843	RJ-PT6-08-2021 0721	100	Pseudomonas aeruginosa	0 KTJ/66ml	A	ŠPP9/III	-

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, PSČ 911 01, fax: 032/6521997

LABORATÓRIÁ RÚVZ

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
tel.: 032/6509559 e-mail: tn.hlm@uvzsr.sk


PROTOKOL O SKÚŠKE č. 2012/21/A



 **SNAS**

Reg. No. 067/S-153

Strana 2/2

<i>Protokol o skúške vyhotovil:</i> <i>Meno: Iveta Frühbauerová</i> <i>Dátum: 26.7.2021</i>	<i>Protokol schválil</i> MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP LABORATÓRIÁ RÚVZ OMaB ŽP <i>pečiatka, podpis</i>
<i>Za správnosť výsledkov zodpovedá:</i> <i>Meno: Ing. Katarína Bujnová</i> 	

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. L RÚVZ odmieta zodpovednosť za nepravdivé údaje poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ŠPP – štandardný pracovný postup

OMaB ŽP- Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia, A - akreditovaná metóda, N – neakreditovaná metóda

Koniec protokolu