

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne**LABORATÓRIÁ RÚVZ**

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk

Protokol č. 3549/21/A



Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metódy**PROTOKOL O SKÚŠKE č. 3549/21/A**

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 16.11.2021

Dátum odberu technologickej vody (N): 16.11.2021

Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín

Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Klačmanová - RÚVZ Trenčín

Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy
6281-6288	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIEDátum vykonania skúšky:
16.11.2021– 22.11.2021

Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
6281	420-A2-06-2021 1116	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6282	420-A2-05-2021 1116	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6283	620-SPT4-01-2021 1116	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6284	620-SPT4-02-2021 1116	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6285	420-SPT2-04-2021 1116	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6286	420-SPT2-03-2021 1116	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6287	PT2 RJ 1611 1234	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6288	PT2 RJ 1611 1235	50	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk

Protokol č. 3549/21/A

Protokol o skúške vyhotovil:

Meno: Iveta Fröhbauerová

Dátum: 22.11.2021

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Meno: Ing. Katarína Bujnová



Protokol schválil

MVDr. Henrieta Kocianová

vedúca OMaB ŽP

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLUM V TRENČÍNE
LABORATÓRIÁ RÚVZ

pečiatka, podpis



Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

A

štandardný pracovný postup

akreditovaná metóda

Koniec protokolu