



Analytik, Gutachten, Beratung

Chemisches Labor Dr. Wirts + Partner
Sachverständigen GmbH

Rutenbergstr. 59
30559 Hannover

Telefon: 0511 950798-0
Telefax: 0511 950798-290
E-Mail: Kontakt@Wirts.de
Internet: www.Wirts.de

Dr. Wirts + Partner GmbH · Rutenbergstr. 59 · D-30559 Hannover

Sensus GmbH Hannover
Meineckestr. 10
30880 Laatzen

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Ihr Gesprächspartner:

Datum:

Minnich

11.01.2022

Prüfberichts-Nr.: PB2200451 P

Betreff: Mikrobiologische Untersuchung von Wasserzählern

Probenahme: 04.01.2022

Untersuchungszeitraum: 04.01.2022 - 11.01.2022

| Probennummer | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Nr. | Pseudomonas Aeruginosa in Probevolumen | Gesamtvolumen in mL | Richtwert für 100 mL |
| 1 | 322000040-05 | 0 | 0 |
| 2 | 322000040-06 | 0 | 0 |
| 3 | 322000040-07 | 0 | 0 |

Anmerkung: Die Untersuchung erfolgte entsprechend der Anleitung des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vom 19.11.2014. Eventuelle Reste von Original-Prüfwasser im Wasserzähler wurden in sterile Flaschen überführt. Die leeren Wasserzähler wurden vollständig mit sterilem Wasser gefüllt und für eine Stunde inkubiert. Pseudomonas aeruginosa gemäß DIN EN ISO 16266-2008-05 eingesetzt.


M. Sc. Geowissenschaften Cynthia Minnich
Sachverständige