



Analytik, Gutachten, Beratung

Chemisches Labor Dr. Wirts + Partner
Sachverständigen GmbH

Rutenbergstr. 59
30559 Hannover

Telefon: 0511 950798-0
Telefax: 0511 950798-290
E-Mail: Kontakt@Wirts.de
Internet: www.Wirts.de

Dr. Wirts + Partner GmbH · Rutenbergstr. 59 · D-30559 Hannover

Sensus GmbH Hannover
Meineckestr. 10
30880 Laatzen

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Ihr Gesprächspartner:

Minnich

Datum:

17.08.2021

Prüfberichts-Nr.: PB2109461 P

Betreff: Mikrobiologische Untersuchung von Wasserzählern

Probenahme: 10.08.2021

Untersuchungszeitraum: 10.08.2021 - 17.08.2021

Nr.	Probennummer	Pseudomonas aeruginosa	Gesamtvolumen	Richtwert
		in Probevolumen	in mL	für 100 mL
1	321015285-05	0	ca. 1900 mL	0
2	321015285-06	0	ca. 1600 mL	0
3	321015285-07	0	ca. 800 mL	0

Anmerkung: Die Untersuchung erfolgte entsprechend der Anleitung des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vom 19.11.2014. Eventuelle Reste von Original-Prüfwasser im Wasserzähler wurden in sterile Flaschen überführt. Die leeren Wasserzähler wurden vollständig mit sterilem Wasser gefüllt und für eine Stunde inkubiert. Pseudomonas aeruginosa gemäß DIN EN ISO 16266-2008-05 eingesetzt.

M. Sc. Geowissenschaften Cynthia Minnich
Sachverständige