



Dr. Wirts + Partner GmbH · Rutenbergstr. 59 · D-30559 Hannover

Sensus GmbH Hannover
Meineckestr. 10
30880 Laatzen

Analytik, Gutachten, Beratung

Chemisches Labor Dr. Wirts + Partner
Sachverständigen GmbH

Rutenbergstr. 59
30559 Hannover

Telefon: 0511 950798-0
Telefax: 0511 950798-290
E-Mail: Kontakt@Wirts.de
Internet: www.Wirts.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Ihr Gesprächspartner:

Datum:

Minnich

08.11.2021

Prüfberichts-Nr.: PB2113246 P

Betreff: Mikrobiologische Untersuchung von Wasserzählern

Probenahme: 02.11.2021
Untersuchungszeitraum: 02.11.2021 - 08.11.2021

Nr.	Probenummer	Pseudomonas aeruginosa in Probevolumen	Gesamtvolumen in mL	Richtwert für 100 mL
1	321021374-05	0	1800 ml	0
2	321021374-06	0	700 ml	0
3	321021374-07	0	600 ml	0

Anmerkung: Die Untersuchung erfolgte entsprechend der Anleitung des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vom 19.11.2014. Eventuelle Reste von Original-Prüfwasser im Wasserzähler wurden in sterile Flaschen überführt. Die leeren Wasserzähler wurden vollständig mit sterilem Wasser gefüllt und für eine Stunde inkubiert. Pseudomonas aeruginosa gemäß DIN EN ISO 16266-2008-05 eingesetzt.


M. Sc. Geowissenschaften Cynthia Minnich
Sachverständige