

Anlage zu Auftrag: 52105497

Auswertung der Ergebnisse

Art des Auftrags: Mikrobiologische Untersuchung auf Ps. Aeruginosa
Laufende Nummer: 1191
Kundennummer: A00714708INL
Wasserkörper / Objekt: 67063 / Ludwigshafen / Industriestraße 16, Sensus GmbH
Probenahme: 05.07.2021
Probenehmer: Peter, Alexandra
Probeneingang: 05.07.2021
Untersuchungsbeginn: 05.07.2021

Untersuchungsende: 07.07.2021

Ergebnisse

Probennummer	521020378	521020379	521020380	521020381	521020382	521020383	521020384	521020385
Bezeichnung	KW27 / 01	KW27 / 02	KW27 / 03	KW27 / 04	KW27 / 05	KW27 / 06	KW27 / 07	KW27 / 08
Probenvolumen [ml]	240	240	240	250	230	250	230	240
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ

Probennummer	521020386	521020387						
Bezeichnung	KW27 / 09	KW27 / 10						
Probenvolumen [ml]	250	250						
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ						

n.b. = nicht bestimmt

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte nicht im akkreditierten Bereich der Eurofins Umwelt Südwest GmbH.

In den untersuchten Proben ist Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar.