

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
LABORATÓRIA RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
 Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk

Protokol č. 12/22/A



Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda
 N – neakreditovaná metódy

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 12/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 11.1.2022

Dátum odberu technologickej vody (N): 11.1.2022

Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín

Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Marčeková - RÚVZ Trenčín

Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy
27-30	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III
MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE		Dátum vykonania skúšky: 11.1.2022– 17.1.2022	

Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
27	WR 10 11.1.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
28	WR 11 11.1.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
29	WR 14 11.1.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
30	WR 15 11.1.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-

Protokol o skúške vyhotovil:

Meno: Iveta Fröhbauerová

Dátum: 17.1.2022

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Meno: Ing. Katarína Bujnová

Protokol schválil

MVDr. Henrieta Kocianová

vedúca OMaB ŽP

LABORATÓRIA RÚVZ

pečiatka, podpis

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopirovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúcej nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosti, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

A

štandardný pracovný postup

akreditovaná metóda

Koniec protokolu