

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne


LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.rsk

Protokol č. 215/22/A



A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metódy

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 215/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 8.2.2022							
Dátum odberu technologickej vody (N): 8.2.2022							
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala: Marčeková - RÚVZ Trenčín							
Kód vzorky	Predmet skúšky			A/N	Identifikácia použitej metódy		
383-385	Technologická voda (výplach z vodomeru)			N	ŠPP 40/III		
MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE				Dátum vykonania skúšky: 8.2.2022 – 14.2.2022			
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
383	WR 10 8.2.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
384	WR 11 8.2.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
385	WR 15 8.2.2022	200	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/166ml)	0	A	ŠPP9/III	-
Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 14.2.2022				Protokol schválil MVDr. Henrieta Kociánová vedúca OMaB ŽP REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVNÍCTVA LABORATÓRIÁ RÚVZ OMaB ŽP (56) pečiatka, podpis			
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová							

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie časti protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosti, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
N neakreditovaná metóda

ŠPP štandardný pracovný postup
A akreditovaná metóda

Koniec protokolu