

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne**LABORATÓRIA RÚVZ**

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk

Protokol č. 829/22/A



Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metódy**PROTOKOL O SKÚŠKE č. 829/22/A**

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 12.4.2022

Dátum odberu technologickej vody (N): 12.4.2022

Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín

Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala: Marčková- RÚVZ Trenčín

Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy
1558-1559	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIEDátum vykonania skúšky:
12.4.2022–19.4.2022

Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
1558	WR 10-prerábka 11.04.22	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
1559	WR 11- 11.4.22	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-

Protokol o skúške vyhotovil:

Meno: Iveta Frühbauerová

Dátum: 19.4.2022

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Meno: Ing. Katarína Bujnová

Protokol schválil

MVDr. Henrieta Kováčiková

vedúca OMaB ŽP

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
LABORATÓRIA RÚVZ
OMaB ŽP (56)

pečiatka, podpis

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
N neakreditovaná metódaŠPP štandardný pracovný postup
A akreditovaná metóda

Koniec protokolu