

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne**LABORATÓRIÁ RÚVZ**

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk

Protokol č. 2398/22/A



Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metódy**PROTOKOL O SKÚŠKE č. 2398/22/A**

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 12.7.2022							
Dátum odberu technologickej vody (N): 12.7.2022							
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala: Marčeková - RÚVZ Trenčín							
Kód vzorky		Predmet skúšky			A/N	Identifikácia použitej metódy	
4230-4232		Technologická voda (výplach z vodomeru)			N	ŠPP 40/III	
MIKROBIOLOGICKÉ VÝŠETRENIE					Dátum vykonania skúšky: 12.7.2022– 18.7.2022		
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
4230	WR 10 12.7.2022	200	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/166ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4231	WR 11 12.7.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4232	WR 15 12.7.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 18.7.2022					Protokol schválil MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP		
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová					pečiatka, podpis		

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosti, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia
N neakreditovaná metódaŠPP štandardný pracovný postup
A akreditovaná metóda

Koniec protokolu