

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne**  
**LABORATÓRIÁ RÚVZ**

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia  
Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk


Protokol č. 2611/22/A



Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda  
N – neakreditovaná metódy

## PROTOKOL O SKÚŠKE č. 2611/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 26.7.2022							
Dátum odberu technologickej vody (N): 26.7.2022							
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala: Klačmanová - RÚVZ Trenčín							
Kód vzorky	Predmet skúšky				A/N	Identifikácia použitej metódy	
4637-4639	Technologická voda (výplach z vodomeru)				N	ŠPP 40/III	
MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE					Dátum vykonania skúšky: 26.7.2022– 1.8.2022		
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
4637	WR 15 zo dňa 26.7.2022	200	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/166ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4638	WR 11 zo dňa 26.7.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
4639	WR 10 zo dňa 26.7.2022	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 1.8.2022					Protokol schválil: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vedúca OMaB ŽP Kocianová pečiatka, podpis		
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová							

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

**Vysvetlivky:**

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

A

štandardný pracovný postup

akreditovaná metóda