

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne**  
**LABORATÓRIÁ RÚVZ**

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsrsk

Protokol č. 3275/22/A



**SNAS**

Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda  
 N – neakreditovaná metódy

## PROTOKOL O SKÚŠKE č. 3275/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 13.09.2022							
Dátum odberu technologickej vody (N): 13.09.2022							
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala: Pružinec - RÚVZ Trenčín							
Kód vzorky	Predmet skúšky			A/N	Identifikácia použitej metódy		
5662-5665	Technologická voda (výplach z vodomeru)			N	ŠPP 40/III		
MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE				Dátum vykonania skúšky: 13.09.2022 – 19.09.2022			
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
5662	WR 10	66	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5663	WR 13	66	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5664	WR14	66	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5665	WR 15	66	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml)	0	A	ŠPP9/III	-
Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Bc. Barbora Bednárová Dátum: 19.09.2022				Protokol schválil MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP pečiatka, podpis			
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová							

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

**Vysvetlivky:**

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
 OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia  
 N neakreditovaná metóda

ŠPP štandardný pracovný postup  
 A akreditovaná metóda

Koniec protokolu