



# Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

## LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia  
Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk

Protokol č. 3218/21/A



A – akreditovaná metóda  
N – neakreditovaná metódy

## PROTOKOL O SKÚŠKE č. 3218/21/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 12.10.2021							
Dátum odberu technologickej vody (N): 12.10.2021							
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín							
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá							
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Marčeková - RÚVZ Trenčín							
Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy				
5750-5753	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III				
MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE						Dátum vykonania skúšky: 12.10.2021 – 18.10.2021	
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
5750	WR 10 12.10.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5751	WR 11 12.10.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5752	WR 14 12.10.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
5753	WR 15 12.10.2021	200	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/166ml)	0	A	ŠPP9/III	-
Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 18.10.2021				Protokol schválil MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP  OMaB ŽP pečiatka, podpis			
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová 							

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

### Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

A

štandardný pracovný postup

akreditovaná metóda

Koniec protokolu