

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzsr.sk

Protokol č. 3494/21/A



Reg. No. 067/S-153


A – akreditovaná metóda

N – neakreditovaná metóda

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 3494/21/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 3.11.2021			
Dátum odberu technologickej vody (N): 3.11.2021			
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RUVZ Trenčín			
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá			
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá			
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Motolová - RUVZ Trenčín			
Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy
6131-6132	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE				Dátum vykonania skúšky:			
				3.11.2021 – 10.11.2021			
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia
6131	WR 10 3.11.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-
6132	WR 11 3.11.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-

Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 10.11.2021	Protokol schválil MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová	 pečiatka, podpis

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytnuté zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

A

štandardný pracovný postup

akreditovaná metóda

Koniec protokolu