

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk

Protokol č. 3527/21/A



SNAS

Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda
N – neakreditovaná metóda

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 3527/21/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 9.11.2021			
Dátum odberu technologickej vody (N): 9.11.2021			
Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín			
Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá			
Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá			
Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala Klačmanová - RÚVZ Trenčín			
Kód vzorky	Predmet skúšky	A/N	Identifikácia použitej metódy
6222-6223	Technologická voda (výplach z vodomeru)	N	ŠPP 40/III

MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE						Dátum vykonania skúšky: 9.11.2021– 15.11.2021		
Kód vzorky	Technologická voda z vodomeru č.	Objem získanej technologickej vody v ml	Ukazovateľ (jednotka)	Výsledok	A/N	Identifikácia použitej metódy	Neistota stanovenia	
6222	WR 11 9.11.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-	
6223	WR 15 9.11.2021	100	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/66ml)	0	A	ŠPP9/III	-	

Protokol o skúške vyhotovil: Meno: Iveta Frühbauerová Dátum: 15.11.2021 Za správnosť výsledkov zodpovedá: Meno: Ing. Katarína Bujnová	Protokol schválil MVDr. Henrieta Kocianová vedúca OMaB ŽP LABORATÓRIÁ RÚVZ OMaB ŽP pečiatka, podpis
---	--

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosti, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

štandardný pracovný postup

A

akreditovaná metóda

Koniec protokolu